



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fasting Blood Glucose

: عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۴۳۲	۱,۲۰۲	۸۰,۳۲۷	۸۱,۵۲۹	۸۲,۷۳۱	۸۳,۹۳۳	۸۵,۱۳۵	۸۶,۳۳۷	۸۷,۵۳۹

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.498	SD: 1.259	Mean: 84.056
------------	-----------	--------------

