

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

LH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۵۹۲	۰,۲۳۶	۳,۵۱۶	۳,۷۵۲	۳,۹۸۸	۴,۲۲۴	۴,۴۶	۴,۶۹۶	۴,۹۳۲

مقدار		تاریخ		مقدار		تاریخ		مقدار		تاریخ	
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۴,۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۴,۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۴,۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۴,۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۶						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۴,۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۴,۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۷						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴,۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳,۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۰						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۴,۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۴,۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۴						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۴,۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۴,۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۴,۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴,۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۹						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۴,۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰						
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۴,۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳						
		۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۴,۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴						
		۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۴,۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵						
CV%: 3.957			SD: 0.168			Mean: 4.239					

