



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (S.G.O.T. (AST

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۵۴	۰,۹۶	۳۶,۲۲	۳۷,۱۸	۳۸,۱۴	۳۹,۱	۴۰,۰۶	۴۱,۰۲	۴۱,۹۸

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 2.937	SD: 1.15	Mean: 39.167
------------	----------	--------------

