

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

FSH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۴۹۷	۱,۰۱۵	۱۲,۵۷۳	۱۳,۵۸۸	۱۴,۶۰۳	۱۵,۶۱۸	۱۶,۶۳۳	۱۷,۶۴۸	۱۸,۶۶۳

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۵,۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۵,۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۵,۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۶,۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۵,۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۴,۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۱۶,۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۱۶,۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۶,۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۵,۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۱۳,۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۱۵,۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۱۶,۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۱۶,۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۱۵,۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۵

CV%: 5.397	SD: 0.85	Mean: 15.746
------------	----------	--------------

