

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi ia plus 3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۱/۱۲:

سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۳

Hydroxy Vitamin D3-۲۵ : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۰۸۸	۳,۴۳۷	۳۸,۱۷۵	۴۱,۶۱۲	۴۵,۰۴۹	۴۸,۴۸۶	۵۱,۹۲۳	۵۵,۳۶	۵۸,۷۹۷

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۹,۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۴۴,۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۴۸,۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۵۴,۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۵۲,۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۵۱,۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۴۹,۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۵۲,۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۵۱,۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۵۲,۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۴۹,۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۴۰,۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۴۸,۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۴۹,۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۵۰,۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۴۷,۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۵

CV%: 6.538	SD: 3.259	Mean: 49.85
------------	-----------	-------------

