



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fe : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۱۹	۱,۲۹۷	۶۳,۶۸۲	۶۴,۹۷۹	۶۶,۲۷۶	۶۷,۵۷۳	۶۸,۸۷	۷۰,۱۶۷	۷۱,۴۶۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۳

CV%: 1.452	SD: 0.979	Mean: 67.389
------------	-----------	--------------

