



SP-protein L1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

C4 : عنوان آزمایش :
Olympus-2 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۴۰۵

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۰۳	۰,۲۲۱	۱۵,۱۲	۱۵,۳۴۱	۱۵,۵۶۲	۱۵,۷۸۳	۱۶,۰۰۴	۱۶,۲۲۵	۱۶,۴۴۶

مقدار	تاریخ
۱۵,۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۵,۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۵,۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۵,۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۶,۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۱۵,۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۵,۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۱۶,۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۵,۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۵,۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۵,۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۵,۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۱۵,۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴

CV%: 1.106	SD: 0.176	Mean: 15.883
------------	-----------	--------------

