

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Gamma Glutamyl Transferase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۲۷۵	۰,۷۷	۵۸,۰۹	۵۸,۸۶	۵۹,۶۳	۶۰,۴	۶۱,۱۷	۶۱,۹۴	۶۲,۷۱

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.285	SD: 0.767	Mean: 59.667
------------	-----------	--------------

