



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Alkaline Phosphatase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۹۴	۳,۵۳۹	۱۷۱,۷۸۳	۱۷۵,۳۲۲	۱۷۸,۸۶۱	۱۸۲,۴	۱۸۵,۹۳۹	۱۸۹,۴۷۸	۱۹۳,۰۱۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۱۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۱۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳

CV%: 2.44	SD: 4.498	Mean: 184.333
-----------	-----------	---------------

