

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۱۹	۱۳,۹۳۹	۷۲۴,۵۵	۷۳۸,۴۸۹	۷۵۲,۴۲۸	۷۶۶,۳۶۷	۷۸۰,۳۰۶	۷۹۴,۲۴۵	۸۰۸,۱۸۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۷۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۷۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۷۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۷۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۷۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۷۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۷۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۷۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۷۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۷۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۷۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۷۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۷۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۸۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۷۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۷۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۷۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۷۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.708	SD: 13.164	Mean: 770.667
------------	------------	---------------

