



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Creatinine

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۵۳	۰,۰۷۹	۴,۲۷۸	۴,۳۵۷	۴,۴۳۶	۴,۵۱۵	۴,۵۹۴	۴,۶۷۳	۴,۷۵۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۴,۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۴,۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۴,۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۴,۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۴,۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۴,۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۴,۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۴,۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۴,۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۴,۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۴,۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۴,۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۴,۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۴,۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۴,۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۴,۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۴,۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 2.37	SD: 0.107	Mean: 4.531
-----------	-----------	-------------

