



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

HDL Cholesterol

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۸۱	۰,۷۶۵	۲۷,۳۳۸	۲۸,۱۰۳	۲۸,۸۶۸	۲۹,۶۳۳	۳۰,۳۹۸	۳۱,۱۶۳	۳۱,۹۲۸

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 2.397	SD: 0.707	Mean: 29.5
------------	-----------	------------

