



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

HDL Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۷۱۹	۱,۸۸۹	۶۳,۸	۶۵,۶۸۹	۶۷,۵۷۸	۶۹,۴۶۷	۷۱,۳۵۶	۷۳,۲۴۵	۷۵,۱۳۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 2.93	SD: 2.074	Mean: 70.778
-----------	-----------	--------------

