

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Gamma Glutamyl Transferase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۳۴۲	۲,۱۱۳	۱۵۱,۱۶۱	۱۵۳,۲۷۴	۱۵۵,۳۸۷	۱۵۷,۵	۱۵۹,۶۱۳	۱۶۱,۷۲۶	۱۶۳,۸۳۹

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.538	SD: 2.406	Mean: 156.444
------------	-----------	---------------

