



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgM : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵	۰,۸۸	۵۶,۰۰۳	۵۶,۸۸۳	۵۷,۷۶۳	۵۸,۶۴۳	۵۹,۵۲۳	۶۰,۴۰۳	۶۱,۲۸۳

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۵۹,۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۵۸,۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۵۷,۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۵۸,۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۵۸,۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۶۰,۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۵۹,۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۵۷,۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۵۹,۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۵۹,۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۶۰,۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۵۹,۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.559	SD: 0.924	Mean: 59.256
------------	-----------	--------------

