



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Albumin : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۴۱۲	۰,۰۳۹	۲,۶۳۴	۲,۶۷۳	۲,۷۱۲	۲,۷۵۱	۲,۷۹	۲,۸۲۹	۲,۸۶۸

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۲,۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۲,۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۲,۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۲,۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۲,۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۲,۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۲,۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۲,۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲,۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۲,۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۲,۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲,۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲,۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۲,۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۲,۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۲,۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.748	SD: 0.048	Mean: 2.742
------------	-----------	-------------

