



عنوان کنترل : BioRAD2

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Amylase

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۶۵	۹,۴۴۳	۳۸۸,۶۷۱	۳۹۸,۱۱۴	۴۰۷,۵۵۷	۴۱۷	۴۲۶,۴۴۳	۴۳۵,۸۸۶	۴۴۵,۳۲۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۴۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۴۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۴۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۴۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۴۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۴۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۴۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۴۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۴۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۴۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۴۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.684	SD: 6.977	Mean: 414.278
------------	-----------	---------------

