



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

FSH : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۸۸۹	۰,۱۸۷	۳,۲۵۴	۳,۴۴۱	۳,۶۲۸	۳,۸۱۵	۴,۰۰۲	۴,۱۸۹	۴,۳۷۶

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳,۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۴,۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۳,۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۳,۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۳,۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۳,۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۳,۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۳,۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۳,۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۳,۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۳,۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۳,۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۳,۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۴,۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۳,۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۳,۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۴,۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵

CV%: 5.336	SD: 0.207	Mean: 3.871
------------	-----------	-------------

