

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۶۵	۳,۰۷۳	۱۶۴,۸۴۸	۱۶۷,۹۲۱	۱۷۰,۹۹۴	۱۷۴,۰۶۷	۱۷۷,۱۴	۱۸۰,۲۱۳	۱۸۳,۲۸۶

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۱۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۱۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۱۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 2.047	SD: 3.585	Mean: 175.167
------------	-----------	---------------

