



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Total Cholesterol : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۵۴	۳,۱۶۳	۲۴۲,۶۷۸	۲۴۵,۸۴۱	۲۴۹,۰۰۴	۲۵۲,۱۶۷	۲۵۵,۳۳	۲۵۸,۴۹۳	۲۶۱,۶۵۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۲۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۲۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۲۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۲۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 0.91	SD: 2.275	Mean: 250
-----------	-----------	-----------

