



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۸۶	۶,۸۶	۳۰۸,۲۲	۳۱۵,۰۸	۳۲۱,۹۴	۳۲۸,۸	۳۳۵,۶۶	۳۴۲,۵۲	۳۴۹,۳۸

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۳۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۳۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۳۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۳۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۳۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۳۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۳۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۳۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۳۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۳۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۳۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۳۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۳۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۳۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۳۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۳۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۳۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.362	SD: 4.523	Mean: 332.111
------------	-----------	---------------

