

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (S.G.O.T. (AST

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۹	۴,۴۰۳	۱۹۷,۴۹۱	۲۰۱,۸۹۴	۲۰۶,۲۹۷	۲۱۰,۷	۲۱۵,۱۰۳	۲۱۹,۵۰۶	۲۲۳,۹۰۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۲۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۲۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۲۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۲۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۲۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۲۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۲۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۲۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۲۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۲۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۲۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۲۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۲۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۲۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 2.133	SD: 4.544	Mean: 213.056
------------	-----------	---------------

