



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : protein total

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۰۴	۰,۰۹۸	۶,۱۹۴	۶,۲۹۲	۶,۳۹	۶,۴۸۸	۶,۵۸۶	۶,۶۸۴	۶,۷۸۲

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۶,۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۶,۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۶,۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۶,۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۶,۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۶,۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۶,۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۶,۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۶,۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۶,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۶,۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۶,۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۶,۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۶,۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۶,۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۶,۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۶,۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۶,۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۶,۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۶,۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۶,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۶,۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۶,۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۶,۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.393	SD: 0.089	Mean: 6.395
------------	-----------	-------------

