



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Urea : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

| %CV   | SD   | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۸۷۸ | ۰,۶۴ | ۳۲,۱۴۷            | ۳۲,۷۸۷            | ۳۳,۴۲۷            | ۳۴,۰۶۷ | ۳۴,۷۰۷          | ۳۵,۳۴۷          | ۳۵,۹۸۷          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
| ۳۵    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
| ۳۵    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۳    | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
| ۳۵    | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
| ۳۳    | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
| ۳۵    | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
| ۳۵    | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
| ۳۵    | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
| ۳۳    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
| ۳۴    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
| ۳۳    | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 1.918 | SD: 0.654 | Mean: 34.083 |
|------------|-----------|--------------|

