

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۳۸	۱۲,۵۳۸	۷۲۸,۰۱۹	۷۴۰,۵۵۷	۷۵۳,۰۹۵	۷۶۵,۶۳۳	۷۷۸,۱۷۱	۷۹۰,۷۰۹	۸۰۳,۲۴۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۷۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۷۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۷۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۷۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۷۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۷۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۷۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۷۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۷۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۷۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۷۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۷۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۷۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۷۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۷۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۷۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۷۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۷۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۷۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۷۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۷۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۷۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۷۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.9	SD: 14.563	Mean: 766.542
----------	------------	---------------

