



عنوان کنترل : BioRAD2
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان آزمایش : Total Cholesterol
عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۶۸	۱,۶۷۵	۹۵,۴۰۸	۹۷,۰۸۳	۹۸,۷۵۸	۱۰۰,۴۳۳	۱۰۲,۱۰۸	۱۰۳,۷۸۳	۱۰۵,۴۵۸

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.122	SD: 1.129	Mean: 100.667
------------	-----------	---------------

