



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgG

: عنوان آزمایش :

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۵۴	۱۹,۴۹۵	۷۶۹,۷۸۲	۷۸۹,۲۷۷	۸۰۸,۷۷۲	۸۲۸,۲۶۷	۸۴۷,۷۶۲	۸۶۷,۲۵۷	۸۸۶,۷۵۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۸۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۸۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۸۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۸۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۸۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۸۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۸۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۸۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۸۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۸۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۸۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۸۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۸۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۸۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۸۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۸۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۷۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۸۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۸۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۸۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۸۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۸۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۸۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۸۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 2.603	SD: 21.635	Mean: 831.083
------------	------------	---------------

