



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : ( Mg ( Magnesium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۲۱	۰,۲۱۱	۲,۷۶۲	۲,۹۷۳	۳,۱۸۴	۳,۳۹۵	۳,۶۰۶	۳,۸۱۷	۴,۰۲۸

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۳,۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۳,۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۳,۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۳,۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۳,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۳,۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۳,۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۳,۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۳,۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۳,۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۳,۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۳,۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۳,۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۳,۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۳,۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۳,۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۳,۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۳,۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۳,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۳,۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۳,۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۳,۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۳,۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۳,۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 2.858	SD: 0.101	Mean: 3.543
------------	-----------	-------------

