

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

( Mg ( Magnesium  
Olympus-C

عنوان آزمایش :  
عنوان دستگاه :

| %CV   | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳,۱۲۱ | ۰,۰۶۳ | ۱,۸۳۹             | ۱,۹۰۲             | ۱,۹۶۵             | ۲,۰۲۸ | ۲,۰۹۱           | ۲,۱۵۴           | ۲,۲۱۷           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱,۹۶  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
| ۲,۰۲  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
| ۱,۹۷  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
| ۱,۹۴  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
| ۱,۹۱  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
| ۱,۹۷  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
| ۱,۹۴  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
| ۱,۹   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
| ۱,۹۱  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
| ۲,۰۳  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
| ۰     | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲     | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
| ۲,۰۶  | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
| ۲     | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
| ۲,۰۳  | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
| ۱,۹۸  | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
| ۱,۹۷  | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
| ۱,۹۸  | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
| ۱,۹۶  | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
| ۱,۹۲  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
| ۱,۹۷  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
| ۱,۹۲  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
| ۱,۹   | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
| ۱,۹۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
| ۲,۰۳  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 2.315 | SD: 0.046 | Mean: 1.969 |
|------------|-----------|-------------|

