

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۱۶	۳,۷۰۴	۱۶۳,۹۵۵	۱۶۷,۶۵۹	۱۷۱,۳۶۳	۱۷۵,۰۶۷	۱۷۸,۷۷۱	۱۸۲,۴۷۵	۱۸۶,۱۷۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۱۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۱۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۱۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۱۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۱۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۱۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۱۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۱۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.868	SD: 3.253	Mean: 174.167
------------	-----------	---------------

