



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Albumin
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۴۵	۰,۰۶۴	۳,۹۴۱	۴,۰۰۵	۴,۰۶۹	۴,۱۳۳	۴,۱۹۷	۴,۲۶۱	۴,۳۲۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۴,۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۴,۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۴,۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۴,۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۴,۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۴,۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۳,۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۴,۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۴,۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۴,۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۴,۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۴,۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۴,۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۴,۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۴,۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۴,۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۴,۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۴,۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۴,۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۴,۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۴,۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۴,۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۴,۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.537	SD: 0.063	Mean: 4.106
------------	-----------	-------------

