



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fasting Blood Glucose : عنوان آزمایش :

Olympus-C

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۹۵	۴,۴۸۵	۲۶۷,۶۷۸	۲۷۲,۱۶۳	۲۷۶,۶۴۸	۲۸۱,۱۳۳	۲۸۵,۶۱۸	۲۹۰,۱۰۳	۲۹۴,۵۸۸

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۲۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۲۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۲۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۲۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۲۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۲۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۲۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۲۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۲۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۲۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۲۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۲۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۲۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۲۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۲۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۲۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۲۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۲۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۲۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۲۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۲۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.256	SD: 3.52	Mean: 280.292
------------	----------	---------------



Olympus-C

