

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Albumin : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۲۸	۰,۰۵۳	۲,۵۸۳	۲,۶۳۶	۲,۶۸۹	۲,۷۴۲	۲,۷۹۵	۲,۸۴۸	۲,۹۰۱

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲,۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۲,۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۲,۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۲,۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۲,۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۲,۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۲,۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۲,۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۲,۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۲,۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۲,۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۲,۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۲,۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲,۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۲,۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۲,۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۲,۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۲,۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۲,۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۲,۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۲,۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۲,۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۲,۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۲,۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.191	SD: 0.033	Mean: 2.745
------------	-----------	-------------

