



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Fasting Blood Glucose

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۸۱	۱,۲۵۱	۸۰,۶۸	۸۱,۹۳۱	۸۳,۱۸۲	۸۴,۴۳۳	۸۵,۶۸۴	۸۶,۹۳۵	۸۸,۱۸۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.45	SD: 1.215	Mean: 83.792
-----------	-----------	--------------

