



عنوان کنترل : BioRAD2
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Transferrin
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۰۳	۳,۴۲۴	۱۶۹,۶۹۱	۱۷۳,۱۱۵	۱۷۶,۵۳۹	۱۷۹,۹۶۳	۱۸۳,۳۸۷	۱۸۶,۸۱۱	۱۹۰,۲۳۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۷۷,۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۱۷۹,۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۱۷۷,۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۷۴,۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۱۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۱۷۸,۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۷۷,۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۷۶,۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۱۷۶,۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۷۶,۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۱۷۸,۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۷۷,۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۷۵,۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۱۷۷,۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۷۶,۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۷۸,۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۸۰,۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۷۲,۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۱۷۷,۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۷۸,۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.099	SD: 1.95	Mean: 177.429
------------	----------	---------------

