



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgG : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۲	۱۲,۸۱۶	۵۹۵,۹۵۲	۶۰۸,۷۶۸	۶۲۱,۵۸۴	۶۳۴,۴	۶۴۷,۲۱۶	۶۶۰,۰۳۲	۶۷۲,۸۴۸

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۶۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۶۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۶۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۶۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۶۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۶۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۶۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۶۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۶۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۶۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۶۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۶۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۶۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۶۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۶۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۶۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۶۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۶۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۶۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۶۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۶۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۶۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۶۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۶۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.985	SD: 12.706	Mean: 640.042
------------	------------	---------------

