



عنوان کنترل : BioRAD1  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

عنوان آزمایش : HDL Cholesterol  
عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۶۲۹	۳,۲۱۱	۵۹,۷۳۴	۶۲,۹۴۵	۶۶,۱۵۶	۶۹,۳۶۷	۷۲,۵۷۸	۷۵,۷۸۹	۷۹

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 2.401	SD: 1.668	Mean: 69.458
------------	-----------	--------------

