

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

عنوان آزمایش: (P (Phosphorus

Olympus-C : عنوان دستگاه:

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۲۷	۰,۰۵۴	۳,۳۸۵	۳,۴۳۹	۳,۴۹۳	۳,۵۴۷	۳,۶۰۱	۳,۶۵۵	۳,۷۰۹

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۳,۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۳,۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۳,۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۳,۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۳,۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۳,۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۳,۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۳,۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۳,۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۳,۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۳,۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۳,۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۳,۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۳,۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۳,۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۳,۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۳,۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۳,۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۳,۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۳,۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۳,۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۳,۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.224	SD: 0.043	Mean: 3.514
------------	-----------	-------------

