



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Gamma Glutamyl Transferase

Olympus-C

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۰۳	۱,۵۸۳	۱۵۳,۱۵۱	۱۵۴,۷۳۴	۱۵۶,۳۱۷	۱۵۷,۹	۱۵۹,۴۸۳	۱۶۱,۰۶۶	۱۶۲,۶۴۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۱۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۱۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۱۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۱۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۱۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۱۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۱۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.383	SD: 2.173	Mean: 157.125
------------	-----------	---------------

