

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Direct Bilirubin : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۹۱	۰,۰۰۶	۰,۳۷۷	۰,۳۸۳	۰,۳۸۹	۰,۳۹۵	۰,۴۰۱	۰,۴۰۷	۰,۴۱۳

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۰,۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۰,۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۰,۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۰,۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۰,۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰,۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰,۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۰,۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.5	SD: 0.006	Mean: 0.389
----------	-----------	-------------

