



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (S.G.O.T. (AST

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۳۸	۴,۰۱۳	۱۹۴,۹۹۴	۱۹۹,۰۰۷	۲۰۳,۰۲	۲۰۷,۰۳۳	۲۱۱,۰۴۶	۲۱۵,۰۵۹	۲۱۹,۰۷۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۲۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۲۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۲۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۲۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۲۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۲۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۲۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۲۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۲۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۲۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۲۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۲۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۲۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۲۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۲۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۲۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۲۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۲۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۲۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۲۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۲۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.895	SD: 4.01	Mean: 211.583
------------	----------	---------------

