



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA

: عنوان آزمایش :

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۳۹۸	۳,۱۰۳	۱۲۰,۰۹۱	۱۲۳,۱۹۴	۱۲۶,۲۹۷	۱۲۹,۴	۱۳۲,۵۰۳	۱۳۵,۶۰۶	۱۳۸,۷۰۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۷
۱۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۱۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۱۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲
۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۱۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۱۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۱۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۱۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۱۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۱۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۱۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۱۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
۱۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵

CV%: 1.99	SD: 2.612	Mean: 131.292
-----------	-----------	---------------

