

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۰۱/۲۵:

سری ساخت : UI00۹۲۱۱۹

Hydroxy Vitamin D3-۲۵ : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۴۳۵	۱,۶۱۹	۱۰,۶۶۳	۱۲,۲۸۲	۱۳,۹۰۱	۱۵,۵۲	۱۷,۱۳۹	۱۸,۷۵۸	۲۰,۳۷۷

مقدار	تاریخ
۱۵,۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۶,۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۴,۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۴,۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵
۱۵,۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۱۴,۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۶,۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵,۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱
۱۴,۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۱۴,۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۱۴,۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۱۶,۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۱۴,۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۱۶,۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸
۱۳,۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۱۵,۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۱۵,۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۵,۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۵,۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱۵,۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۱۵,۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۱۴,۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۴
۱۴,۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۱۵,۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۱۵,۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۱۴,۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۰

CV%: 5.019	SD: 0.764	Mean: 15.216
------------	-----------	--------------

