

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA Plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

Ferritin : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۳۷۵۱۱۱۷۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱۷۲	۸,۶۱۳	۱۴۰,۷۰۴	۱۴۹,۳۱۷	۱۵۷,۹۳	۱۶۶,۵۴۳	۱۷۵,۱۵۶	۱۸۳,۷۶۹	۱۹۲,۳۸۲

مقدار	تاریخ
۱۶۳,۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۱۶۰,۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۱۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۱۶۸,۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۱۷۶,۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۱
۱۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۱۶۶,۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۱۶۶,۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۱۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۱۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۱۶۶,۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۷۷,۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱۷۵,۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۱۶۴,۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۱۷۲,۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۴
۱۶۹,۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۱۷۱,۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۱۷۵,۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۱۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۹

CV%: 3.349	SD: 5.681	Mean: 169.656
------------	-----------	---------------

