

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



MULTI IA PLUS 3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

T4 : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۸۸۴	۱,۲۵۴	۱۲,۱۴۲	۱۳,۳۹۶	۱۴,۶۵	۱۵,۹۰۴	۱۷,۱۵۸	۱۸,۴۱۲	۱۹,۶۶۶

مقدار	تاریخ
۱۵,۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۴,۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۱۲,۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴
۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۱۶,۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۱۶,۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۱۶,۴۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۷,۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۱۷,۴۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۱۶,۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۱۶,۴۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۱۳,۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۱۶,۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۶
۱۶,۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۷
۱۵,۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۱۷,۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۵,۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۷,۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۱
۱۴,۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۱۵,۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۳
۱۶,۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۱۵,۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۱۵,۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
۱۵,۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۱۵,۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۹

CV%: 7.719	SD: 1.231	Mean: 15.944
------------	-----------	--------------

