



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

TSH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۲

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۸,۴۹۶ | ۰,۳۱۷ | ۲,۷۸۴ | ۳,۱۰۱ | ۳,۴۱۸ | ۳,۷۳۵ | ۴,۰۵۲ | ۴,۳۶۹ | ۴,۶۸۶ |

| مقدار | تاریخ |
|--------|------------|
| ۳,۶۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
| ۳,۸۰۴۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
| ۳,۴۷۹۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
| ۳,۵۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
| ۳,۵۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
| ۳,۵۷۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
| ۳,۶۷۲۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|--------|------------|
| ۳,۴۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
| ۳,۶۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
| ۳,۴۵۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
| ۳,۵۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
| ۳,۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
| ۳,۶۷۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
| ۳,۵۵۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
| ۳,۷۶۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
| ۳,۳۹۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |

| مقدار | تاریخ |
|--------|------------|
| ۳,۳۰۷۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
| ۴,۰۸۹۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
| ۳,۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
| ۳,۴۷۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
| ۳,۷۸۲۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
| ۳,۵۵۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
| ۳,۵۶۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
| ۴,۱۰۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
| ۳,۵۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 5.376 | SD: 0.193 | Mean: 3.597 |
|------------|-----------|-------------|

