

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

TSH : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۳۶۳	۰,۰۰۳	۰,۰۲۲	۰,۰۲۵	۰,۰۲۸	۰,۰۳۱	۰,۰۳۴	۰,۰۳۷	۰,۰۴

مقدار	تاریخ
۰,۰۲۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۰,۰۳۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۰,۰۲۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴
۰,۰۲۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۰,۰۳۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۰,۰۳۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۰,۰۳۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۰۳۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۰
۰,۰۳۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۰,۰۲۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۰,۰۲۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۰,۰۲۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۰,۰۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۶
۰,۰۲۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۷
۰,۰۳۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۰,۰۲۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۰,۰۲۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۰,۰۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۱
۰,۰۲۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۰,۰۲۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۳
۰,۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۰,۰۳۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۰,۰۲۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
۰,۰۳۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۰,۰۲۸۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۹

CV%: 6.264	SD: 0.002	Mean: 0.03
------------	-----------	------------

