

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۱
Prolactin : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۳۴۹	۰,۲۳۳	۲,۰۸۶	۲,۳۱۹	۲,۵۵۲	۲,۷۸۵	۳,۰۱۸	۳,۲۵۱	۳,۴۸۴

مقدار	تاریخ
۲,۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۳
۲,۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۲,۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۲,۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۲,۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۲,۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۲,۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۲,۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۲,۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۶
۲,۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۲,۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۲,۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۳,۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۲,۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲,۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۲,۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۲
۲,۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۲,۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۲,۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۲,۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۹
۲,۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۳,۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲

CV%: 5.468	SD: 0.156	Mean: 2.848
------------	-----------	-------------

