

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

LH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۸۳۴	۰,۱۶۴	۳,۷۸۹	۳,۹۵۳	۴,۱۱۷	۴,۲۸۱	۴,۴۴۵	۴,۶۰۹	۴,۷۷۳

مقدار	تاریخ
۴,۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۴,۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۴,۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۴,۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۴,۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۴,۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۴,۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۳,۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶
۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۴,۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۴,۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۴,۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۴,۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۳,۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۴,۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۴,۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۲
۴,۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۴,۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۴,۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۴,۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۹
۴,۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۴,۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۴,۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳

CV%: 4.45	SD: 0.191	Mean: 4.283
-----------	-----------	-------------

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

