

# آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

Beta hCG : عنوان آزمایش :  
سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۲ Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۴۰۹	۱,۱۷۹	۲۳,۲۰۷	۲۴,۳۸۶	۲۵,۵۶۵	۲۶,۷۴۴	۲۷,۹۲۳	۲۹,۱۰۲	۳۰,۲۸۱

مقدار	تاریخ
۲۶,۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۶,۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۲۵,۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۲۷,۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۲۷,۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۲۵,۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۵,۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۲۶,۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۲۴,۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۲۷,۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۲۸,۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۲۵,۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۲۶,۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۷,۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۲۷,۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۲۵,۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۲۵,۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۲۵,۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵
۲۷,۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۲۷,۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۸

CV%: 3.971	SD: 1.052	Mean: 26.485
------------	-----------	--------------

